

Libellés de rapport pour le TAAN SRAS-CoV-2

Commentaires associés dans tous les cas au résultat obtenu localement :

- Laboratoires qui utilisent une trousse maison : « Résultat obtenu par une technique de détection d'acides nucléiques non commerciale (non approuvée par Santé Canada). »
- Laboratoires qui utilisent une trousse commerciale validée : « Résultat obtenu avec la trousse X de la compagnie Y » et préciser si la trousse est autorisée ou homologuée par Santé Canada.

Tableau 1. Résultats et commentaires d'interprétation associés à l'analyse réalisée localement

Résultat	Commentaire
Déecté	Résultat transmis à la direction régionale de santé publique du patient par le laboratoire.
Déecté*	<p>Une faible quantité d'ARN viral a été déectée. Les tests positifs avec une faible quantité de virus peuvent représenter :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Un échantillon prélevé en tout début de maladie; - Un échantillon prélevé plusieurs jours ou semaines après l'infection (à ce stade la quantité d'ARN viral est faible et n'est pas toujours déectée dans chaque échantillon, ni dans chaque analyse d'un même échantillon); - Un échantillon mal prélevé ou mal conservé provenant d'un usager avec infection récente/contagieuse; - Un échantillon faussement positif (les TAAN utilisés au Québec sont extrêmement spécifiques, mais des résultats faussement positifs peuvent survenir très rarement en raison d'une contamination inter-échantillons ou encore, d'un mélange d'échantillons). <p>Résultat transmis à la direction régionale de santé publique du patient par le laboratoire.</p>
Non déecté	Pour les personnes chez qui la probabilité clinique d'une Covid-19 est jugée élevée, il est recommandé de soumettre un nouvel échantillon dans les 24-72 heures.
Invalide	<p>Le contrôle interne n'ayant pas été déecté, l'interprétation du résultat est impossible.</p> <p>Il pourrait s'agir d'un prélèvement inadéquat ou de la présence d'un inhibiteur.</p> <p>Il est suggéré de soumettre un autre échantillon.</p>
Équivoque**	Il est suggéré de soumettre un nouvel échantillon si cliniquement indiqué.

* Ajouter ce commentaire lorsque, selon les procédures du laboratoire local, il est jugé que le résultat est faiblement positif.

** La décision d'acheminer un échantillon dont le résultat est équivoque au LSPQ pour confirmation varie notamment selon la technique utilisée; elle doit être prise localement. Voir page suivante.

Lorsque l'échantillon est acheminé au LSPQ, le commentaire du LSPQ inclut, dans tous les cas : « Analyse effectuée au Laboratoire de santé publique du Québec. Résultat obtenu par une technique de détection d'acides nucléiques non commerciale et non approuvée par Santé Canada. »

Tableau 2. Résultats et commentaires d'interprétation associés à l'analyse réalisée au LSPQ lorsque le résultat est équivoque au laboratoire local et qu'un envoi est fait pour confirmation

Résultat de l'analyse locale	Commentaire associé au résultat de l'analyse locale	Résultat LSPQ (SARS-CoV-2 – Confirmation)	Commentaire LSPQ
Équivoque	Échantillon envoyé au laboratoire de santé publique du Québec pour confirmation. Il est suggéré de soumettre un nouvel échantillon si cliniquement indiqué.	En cours	S/O
		Non réalisé (problème technique, QNS)	Un problème technique nous empêche de procéder au test de confirmation. Il est suggéré de soumettre un nouvel échantillon si cliniquement indiqué.
		Non détecté	La signification de cette discordance entre le test initial et le test de confirmation est incertaine, il est suggéré de répéter l'analyse si cliniquement indiqué.
	Échantillon envoyé au laboratoire de santé publique du Québec pour confirmation.	Détecté	Résultat transmis à la direction régionale de santé publique du patient par le laboratoire.*

QNS : quantité non suffisante; S/O : sans objet

* Ce commentaire **en gras** doit être ajouté au rapport lors de la réception du résultat positif du LSPQ.