


Schéma du retraitement des dispositifs médicaux ophtalmiques (DM)



¹ Eau utilité : eau potable qui peut avoir subi un traitement afin de respecter les valeurs prescrites.

² Eau utilité de qualité supérieure : eau utilité qui peut avoir subi un traitement afin de respecter les valeurs prescrites au niveau de concentrations des bactéries et des endotoxines (ex. : eau filtrée à l'aide de filtre de 0,2 micron ou moins).

³ Eau critique : eau généralement obtenue en utilisant un système de traitement de l'eau (ex. : système d'osmose inverse) afin de respecter les valeurs prescrites.